Barre NobelProcera® pour prothèse adjointe complète supra-implantaire - Inamovo-amovible

Navigateur pour barres implantaires

Type	Exemples cliniques	Forme	Caractéristiques	Types d'attachement
Barre de type Dolder®		Micro Macro Micro-résilient Macro-résilient	– Le clip peut résister cinq à dix ans sans aucun réglage ni remplacement – La rétention peut être ajustée individuellement – Elle est disponible en taille petite, standard et résiliente – La taille macro est la plus utilisée – La micro est la plus petite barre disponible et est utilisée dans les cas difficiles avec un espace limité – Le cavalier résilient en connexion avec la barre permet le mouvement de rotation linguo-vestibulaire de la prothèse (Ce type de barre sera utilisé sur deux implants dans les cas sans extension) – Armature disponible au niveau direct sur implants, piliers multi-unit, ainsi que sur une combinaison des deux	Cavalier or (Cendres & Métaux) – Macro – Micro – Résiliente
Barre de type Hader			– La conception suivra automatquement les tissus mous, à une distance constante – Entrer en contact avec les tissus mous est possible si vous le souhaitez – Le clip disponible est de haute qualité et est facile à changer – La nécessité de surveiller et finalement de remplacer les pièces en nylon est un des inconvénients de la barre – Armature disponible au niveau direct sur implants, piliers multi-unit, ainsi que sur une combinaison des deux	– Clip en nylon avec gaine métallique
Barre ronde			– Bénéfique pour les cas délicats avec un espace très faible en hauteur – Différents types de clips peuvent être utilisés – De principe fonctionnel similaire à la barre Dolder® – Armature disponible au niveau direct sur implants, piliers multi-unit, ainsi que sur une combinaison des deux	– Clip en nylon avec gaine métallique – Cavalier or de (Cendres & Métaux)
Barre usinée de forme libre		Angulations personnalisées 0°, 2°, 6°,8°,…	– De forme individualisée – Combinaison de barre avec une large gamme de systèms d'attachement différents disponibles sur le marché – L'inconvénient de cette barre est la dimension. Pour être capable de visser un attachement à la barre, un espace d'au moins 2.5 mm × 2.5 mm est nécessiare. Il est recommandé de disposer de 3 mm × 3 mm pour des raisons de solidité. Merci de noter que l'ajout de la hauteur de votre attachement peut faire varier la hauteur de 2 mm à 4.5 mm dans certains cas. – Pièces de friction galvaniques femelles sur barre parallèle* (*La barre est livrée polie. Cependant, afin de parvenir à la friction avec une partie femelle galvanique réalisée artisanalement sur la barre, la surface de la barre doit être précisément fraisée et polie en parallèle par le prothésiste du laboratoire dentaire.) – Armature disponible au niveau direct sur implants, piliers multi-unit, ainsi que sur une combinaison des deux	– TSB Ball Ø 2.5 mm – OSO™ Ball Ø 2.0 mm – Dalbo® Plus Ball 2.25 mm – Bredent™ Ball Ø 2.2 mm – Locator® – Fixation M3 (Servo dentaire)
Barre de type Paris			– Les prothèses acryliques reposent sur la structure solide à base de barre implantaire avec trois à quatre attachements (boules ou Locator®) – Le patient reçoit une prothèse amovible qui va ressembler à une restauration fixe – Armature disponible au niveau direct sur implants, piliers multi-unit, ainsi que sur une combinaison des deux	– TSB Ball Ø 2.5 mm – OSO™ Ball Ø 2.0 mm – Dalbo® Plus Ball 2.25 mm – Bredent™ Ball Ø 2.2 mm – Locator®

Prothèse adjointe complète supra-implantaire sur barre - Fixe NobelProcera®

Navigateur pour barres implantaires

Type	Exemples cliniques	Forme	Caractéristiques
Barre avec enrobage			– La prothèse en acrylique sera enrobée autour de la barre toute entière – Les prothèses peuvent être facilement ajustées en ajoutant ou en supprimant de l'acrylique – C'est le choix idéal si l'espace est limité pour une restauration fixe – L'hygiène de la prothèse est un problème avec la barre enrobées – Les orifices de sortie des vis d'implants doivent être clos par le dentise – Armature disponible au niveau direct sur implants, piliers multi-unit, ainsi que sur une combinaison des deux
Barre de type Montreal			– La partie inférieure de la barre est polie et les dents de la prothèse en acrylique sont placées par dessus – Elle offre une hygiène idéale – Les orifices de sortie des vis d'implants doivent impérativement être clos par le dentiste – Armature disponible au niveau direct sur implants, piliers multi-unit, ainsi que sur une combinaison des deux
Barre Montreal avec bandeau lingual métallique			– La barre Montreal avec bandeau lingual Métallique est une barre Montreal standard dont le fond poli s'étend vers le haut jusqu'à la partie linguale de la restauration – Elle offre une hygiène idéale – Les orifices de sortie des vis d'implants doivent impérativement être clos par le dentiste – Armature disponible au niveau direct sur implants, piliers multi-unit, ainsi que sur une combinaison des deux
Hybrid			– Des armatures conçues individuellement, combinant les principales caractéristiques d'une barre enrobée avec de la résine " Wrap Around" et d'un bridge implantaire – Possibilité d'ajouter des éléments de rétention et/ou des doigts de maintien pour supporter la résine – La prothèse en résine va s'enrober entièrement autour de l'armature – Solution restauratrice idéale si l'espace clinique est limité – Les puits de serrage des implants doivent être obturés par le dentiste – Armature disponible au niveau direct sur implants, piliers multi-unit, ainsi que sur une combinaison des deux
BIP en titane			– Bridges implantaires conçus individuellement pour un résultat esthétique optimal et un soutien à la céramisation – Finalisé avec de la résine & dent de commerce ou de la céramique – Titane – Les puits de serrage des implants doivent être obturés par le dentiste – Armature disponible au niveau direct sur implants, piliers multi-unit, ainsi que sur une combinaison des deux
BIP en zircone			– Bridges implantaires conçus individuellement pour un résultat esthétique optimal et un soutien à la céramisation – Montage de la de céramique cosmétique – Zircone disponible en 4 teintes : clair, blanc, intermédiaire et intense – La dimension des connecteurs d'une armature en zircone dépend de la distance entre les dents adjacentes – Contre indiqué pour les cas où les extensions "cantilevers" mésiaux/distaux font plus de 10 mm de long, les cas avec des longueurs qui dépassent les limites maximales, les cas ayant un rayon externe de moins de 0,6 mm et les cas de bruxisme – Les puits de serrage des implants doivent être obturés par le dentiste – Armature disponible au niveau direct sur implants, piliers multi-unit, ainsi que sur une combinaison des deux

Avis important: Beaucoup de practiciens-prothésistes demandent des restaurations fixes sur les barres et oublient de vérifier l'orifice d'accès de la vis. Afin de garantir qu'aucun orifice d'accès de la vis ne pénètre dans la région vestibulaire ou les régions antérieures, merci d'impliquer l'implantologiste dans la planficiation des prothèses fixes sur barre implantaire fixe avant la pose des implants dans la bouche du patient.

GMT 33703 GB 1312 © Nobel Biocare Services AG, 2014. Tous droits réservés.
Nobel Biocare, le logo Nobel Biocare et toutes les autres marques du groupe Nobel Biocare, sauf mention contraire stipulée ou évidente dans le contexte d'un cas particulier.
Les images des produits illustrés ne sont pas nécessairement à l'échelle. Déni de responsabilité: Il est possible que la vente de certains produits ne soit pas autorisée dans tous les pays. Contactez les service commercial local de Nobel Biocare pour plus d'information sur la gamme complète disponible. Bredent™ est une marque déposée de Bredent GmbH & Co. KG, Dolder® et Dalbo® de Cendres+Metaux SA et Locator® de Zest Anchors Inc. OSO™ of Preat Corporation.